indusbello
inovação para uma vida saudável

Autoclavável em até 135º C

Linha Odontológica

Consultar Instruções de Utilização

Não Estéril

Manter Afastado da Luz do Sol

Manter Seco

# Pote Dappen Vidro

- Em vidro transparente
- Superfície polida que facilita a limpeza e remoção dos materiais utilizados
- Duas concavidades

Produzido em vidro transparente, possui duas concavidades podendo ser utilizadas de acordo com as necessidades do profissional. Para manipular e acondicionar produtos de aplicação odontológica, como por exemplo, resina composta, acrílica, pasta profilática e outros.

**PRECAUÇÃO:** Frágil; Leia as instruções de rotulagem e/ou do manual do produto antes de utilizá-lo. Uso profissional. Produto indicado para esterilização em autoclave Não encostar o produto nas paredes da autoclave Produto não estéril – Esterilizar antes de usar. O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

**DESINFECÇÃO:** Utilizar solução de ácido peracético a 0,2 % por dez minutos.

**ESTERILIZAÇÃO:** Deverá ser feita através da autoclave, com temperatura de 121ºC a 135ºC, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

**ACONDICIONAMENTO:** Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

**COMPOSIÇÃO:** vidro

**PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:** 05 anos a contar da data da fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

| Código | Descrição | Apresentação | Registro da ANVISA |
|---|---|---|---|
| *108012102107* | *Pote Dappen de Vidro* | *12 unidades* | *Dispensado* |

**Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.**
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Indústria Brasileira